Medela Anyatejgyűjtő kagyló In-Bra

A Medela melltartóba helyezhető anyatejgyűjtő minden értékes csepp tejet összegyűjt, és a dugós lezárási lehetőségnek köszönhetően szivárgásmentes használatot biztosít. Anatómiai kialakítása gyengéd érzetet nyújt a mellen, kényelmes és diszkrét viseletet tesz lehetővé.

Javallat
• Szoptatás vagy fejés közben viselhető, amikor a másik mellből megindul a tej
• Akkor is használható, ha szoptatások vagy fejések között túl sok tej szivárog

Összeszerelés és használat
1. Illessze a nyilat a szilikon membrán tetején a kagyló felső bevágásához. Pattintsa a szilikon membránt a kagylóra, és ellenőrizze, hogy körben megfelelően rögzült.
2. Helyezze az összeszerelt tejgyűjtőt a melltartóba úgy, hogy a nyílás a mellbimbó közepére essen. Győződjön meg róla, hogy a kiöntő felfelé néz. Szoptatós melltartó viselését javasoljuk, mivel a rugalmas anyag kisebb nyomást gyakorol a mellre.
3. Mozgás közben zárja le a kiöntőt a felső dugóval a kiömlés elkerülése érdekében.
4. A tejgyűjtő eltávolításához enyhén hajoljon előre, fogja meg a peremet, és óvatosan emelje ki felfelé. Helyezze a tejgyűjtőt lapos talpával az asztalra a kiömlés elkerülése érdekében.
5. Az összegyűjtött anyatej eltárolásához vegye ki a dugót a kiöntőből, és rögzítse a szilikon pánton lévő nyílásba. Öntse a tejet tárolóedénybe, például Medela Easy Pour anyatej-tároló tasakba vagy cumisüvegbe. Az anyatej tárolásával kapcsolatos további információk a Medela weboldalán találhatók.
6. Páralecsapódás megjelenhet a tejgyűjtőben. Használaton kívül a szellőzés érdekében nyissa ki a kiöntőt, és rögzítse a dugót a szilikon pánt nyílásába.

Figyelmeztetés
Nem viselhető alvás közben vagy fekvő helyzetben. Alváshoz cserélje le a melltartóba helyezhető tejgyűjtőt szoptatós betétre. Hosszabb idejű használat esetén 2–3 óránként vegye le a tejgyűjtőt szoptatáshoz vagy fejéshez, hogy a levegő szabadon áramolhasson, és elkerülje a mell összenyomását. A szoptatás/fejés között összegyűjtött tejet ki kell önteni.

Tisztítási útmutató
Első használat előtt és ezt követően naponta egyszer
• Tisztítsa meg az alkatrészeket (szilikon membrán és kagyló) az „Minden használat után” részben leírtak szerint
• Fertőtlenítse az alkatrészeket a „Fertőtlenítés” részben leírt módon

Minden használat után
• Az alkatrészeket minden használat után a lehető leghamarabb mossa el
• A tejes részeket először hideg, ivóvíz-minőségű folyó vízzel öblítse le
• Mossa el meleg vízben, enyhe mosogatószerrel, majd öblítse le hideg vízzel
• A szétszedett alkatrészeket tiszta, száraz ruhára helyezve hagyja levegőn megszáradni

Fertőtlenítés
• Az alkatrészeket a tisztítási útmutatóban leírtak szerint tisztítsa meg.
• Tegye az alkatrészeket vízzel teli edénybe, majd forralja 5 percig.
• Alternatív megoldásként az In-Bra anyatejgyűjtő a mosogatógép felső kosarában tisztítható. A termék a Medela Quick Clean™ mikrohullámú fertőtlenítő tasakokban is biztonságosan fertőtleníthető.
• A szétszerelt alkatrészeket tiszta, száraz kendőre helyezve hagyja levegőn megszáradni.

Anyagösszetétel
Külső burkolat (elülső oldal): polipropilén
Membrán (hátsó oldal): szilikon
Ártalmatlanítás
A terméket a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

