⚠️ FONTOS! AZONNALI HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁS

Kérjük, a készülék használata előtt FIGYELMESEN olvassa el, hogy elkerülje a mellszívó letiltását!

A **Medela Swing Maxi és Medela Solo** mellszívók egy rendkívül modern, intelligens akkumulátor-védelmi rendszerrel (BMS) vannak felszerelve. Ez a rendszer azonnal lezárja a készüléket, ha nem megfelelő használatot érzékel.

Ha az alábbi szabályokat nem tartják be, a mellszívó **biztonsági okokból letilthat (nem kapcsol be, vagy azonnal kikapcsol)**, és kizárólag szervizben indítható újra!

1. KIZÁRÓLAG A GYÁRI TÖLTŐT HASZNÁLJA!

- **SZIGORÚAN TILOS** a mellszívót okostelefon gyorstöltőjével (pl. Samsung, Apple, Huawei stb. 25W–65W-os adapterekkel), laptopról vagy autóban tölteni!
- A gyorstöltők feszültségtüskéket okozhatnak, amit a mellszívó processzora "támadásként" vagy hibaként érzékel, és **azonnal, véglegesen lekapcsolja a készüléket**.
- **Megoldás:** Mindig csak a dobozban található eredeti Medela hálózati adaptert és kábelt használja a fali aljzatba dugva!

2. ELSŐ TÖLTÉSI SZABÁLY (ÚJ KÉSZÜLÉKNÉL)

- Az új készülékek gyárilag egy mély alvó üzemmódban ("Tárolási üzemmód") vannak.
- Az első használat előtt a mellszívót **legalább 2 órán keresztül folyamatosan tölteni kell** a gyári töltővel. Ha ezt kihagyja, a szoftver összezavarodhat és letilthat.

3. SOHA NE MERÍTSE LE TELJESEN!

- Ne várja meg, amíg a készülék teljesen lemerül és magától leáll. A túl alacsony feszültség szintén kiválthatja a rendszer lefagyását. Amint a LED jelzőfény pirosra vált, azonnal tegye töltőre a készüléket.

💡 MIT TEGYEN, HA A KÉSZÜLÉK BERAGADT / NEM REAGÁL?

Ha a mellszívó nem kapcsol be, vagy a gomb megnyomásakor azonnal leáll, próbálja meg az alábbi **Szoftveres Újraindítást (Reset)** otthon vagy a boltban:

1. Dugja rá a készüléket a **gyári hálózati töltőre**, a töltőt pedig a fali aljzatba.
2. Nyomja meg a **Bekapcsoló (On/Off) gombot, és tartsa lenyomva hosszan, kb. 10 másodpercig**.
3. Csak akkor engedje el a gombot, ha a mellszívó hangjelzést ad, vagy a LED villogni kezd. Ez a folyamat feloldja a processzor fagyását.

Ha a szoftveres újraindítás nem segít, a készülék belső védelmi köre teljesen lezárt, ilyenkor juttassa el a Medela Magyarországi Szervizébe.
